

# QuickCut™ *Sa*/I



Code No.: 1636  
包装量: 200 μl (200 次)

## 附带试剂:

10X QuickCut Buffer	1.5 ml
10X QuickCut Green Buffer	1.5 ml

## 制品说明:

QuickCut 限制酶是一类快速切断基质 DNA 的限制酶。所有 QuickCut 限制酶在 10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer 两种通用缓冲液中的活性可达 100%，可在 5–30 分钟内切断基质 DNA，如质粒 DNA、PCR 产物等。这样可以在同一个反应体系内任意组合多种限制酶同时切断基质 DNA，操作简便，节省时间，避免了分步酶切的繁琐操作。每种 QuickCut 限制酶产品均附带两种通用缓冲液：10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer。10X QuickCut Green Buffer 中含有电泳时所必需的色素等试剂，酶切产物可直接进行电泳检测，使用更加方便。其中蓝色染料在 1% 琼脂糖凝胶中与 3–5 kb DNA 片段的迁移速度相当；黄色染料在 1% 琼脂糖凝胶中与 10 bp DNA 片段的迁移速度相当。

## 酶贮存液:

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
400 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.01%	BSA
50%	Glycerol

保 存: -20°C

起 源: *Escherichia coli* carrying the plasmid encoding *Sa*/I gene.

## 操作方法:

### 1. 按照下表配制反应液:

	线性 DNA	质粒 DNA	PCR 产物
10X QuickCut Buffer* 或 10X QuickCut Green Buffer*	1 μl–5 μl	1 μl–5 μl	1 μl–3 μl
DNA	≤1 μg	≤1 μg	≤0.2 μg
QuickCut <i>Sa</i> /I	1 μl	1 μl	1 μl
灭菌水	Up to 10 μl–50 μl	Up to 10 μl–50 μl	Up to 10 μl–30 μl

\*: 反应体系不同，10X Buffer 的添加量不同，请确保终浓度为 1X。

2. 轻轻混匀后瞬时离心。

3. 37°C 保温 10–20 min\*。

\*: 线性 DNA 保温 20 min；

质粒 DNA 保温 20 min；

PCR 产物保温 10 min。

## 活性检测:

1 μl QuickCut 限制酶在 50 μl 1X QuickCut Buffer 或 1X QuickCut Green Buffer 的反应体系中，在 37°C 条件下，经过 20 min 反应，将 1 μg λ DNA 完全消化所需要的酶量。

## 质量控制:

### 1) 功能检测:

在 1 μg 线性 DNA 中加入 1 μl QuickCut 限制酶，在 50 μl 反应体系中，37°C 保温 20 min，能完全消化线性 DNA。

### 2) Star Activity Test:

在 1 μg DNA 中加入 1 μl QuickCut 限制酶，进行 4 hr 酶切反应，然后进行琼脂糖电泳，DNA 片段的电泳带不发生变化。

### 3) Exonuclease Contamination Test:

在含有特定 DNA 片段的反应体系里加入 1 μl QuickCut 限制酶，37°C 保温 30 min，失活处理后加入 T4 DNA 连接酶，特定 DNA 片段可被连接，无核酸外切酶活性被检出。

## 甲基化的影响:

受 CG methylase 的影响。

## Star 活性:

高甘油浓度条件下，识别序列会发生变化。

## 使用注意:

- 1) 不建议进行 4 hr 以上酶切，易导致星活性。
- 2) 使用 QuickCut 限制酶进行双酶切或多酶切反应时，加入限制酶的总体积不能超过反应体系的 1/10 量；如果各酶的反应温度不同，建议按低温到高温的顺序加入相应的 QuickCut 限制酶进行分步酶切反应。
- 3) 10X QuickCut Green Buffer 可能会干扰酶切产物的荧光分析。因此，酶切产物荧光分析检测时推荐使用无色的 10X QuickCut Buffer。
- 4) 10X QuickCut Green Buffer 如出现沉淀，室温下振荡 5 分钟可使沉淀完全溶解，不影响使用。

QuickCut 是 Takara Bio Inc. 的注册商标。

## 注意

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 Takara Bio Inc. 书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品，或者使用 Takara 产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站 [www.takarabio.com](http://www.takarabio.com)。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

v202507Da